



計量証明書

第 20140667 (1/2)

平成26年09月16日

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目 2 番地 2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 隆一

TEL (0265) 24-1509 FAX (0265) 24-2330

計量証明登録番号 長野県 環境 2 7 号

環境計量士 久志本吉治


検査担当者 久志本吉治

平成26年08月20日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。



採 水 月 日	平成26年08月20日 9:40	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	田上処分場 下流地下水		
採 水 地 点			
採 水 者	林善光	(所属) 中部公衆医学研究所	
種 別		(気温) 26 °C	(水温) °C

	検査項目	検査方法	結果
1	シアン化合物	JIS K 0102 38.1 及び38.2	<0.1 mg/l
2	カドミウム及びその化合物	JIS K 0102 55.3	<0.0003 mg/l
3	鉛及びその化合物	JIS K 0102 54.3	<0.005 mg/l
4	六価クロム化合物	JIS K 0102 65.2.4	<0.01 mg/l
5	ヒ素及びその化合物	JIS K 0102 61.3	<0.001 mg/l
6	セレン及びその化合物	JIS K 0102 67.3	<0.002 mg/l
7	水銀及びアルキル水銀その他の化合物	環境庁告示59号付表1	<0.0005 mg/l
8	アルキル水銀化合物	環境庁告示59号付表2	<0.0005 mg/l
9	ポリ塩化ビフェニル (P C B)	環境庁告示59号付表3	<0.0005 mg/l
10	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.002 mg/l
11	四 塩 化 炭 素	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0002 mg/l
12	1,2-ジクロロエタン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0004 mg/l
13	1,1-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.002 mg/l
14	シス- 1,2-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC / MS法)	<0.004 mg/l
15	1,1,1-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0005 mg/l
16	1,1,2-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0005 mg/l
17	トリクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.002 mg/l
18	テトラクロロエチレン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0005 mg/l
19	1,3-ジクロロプロペン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.0002 mg/l
20	ベンゼン	JIS K 0125 5.2 (ヘッドスペース GC/MS法)	<0.001 mg/l



平成26年09月16日

阿南町役場 環境水道課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山

TEL (0265) 24-1509 FAX (0265) 24-2330

計量証明登録番号 長野県 環境27号

環境計量士

久志本吉治

検査担当者

久志本吉治

平成26年08月20日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

[illegible]